



Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy artykułów medycznych jedno i wielorazowego użytku, opatrunków wraz z przyłepcami, środków dezynfekcyjnych oraz rękawic medycznych. Nr sprawy PZP/Nr 03/PN/19.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zamawiający przesyła zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiedź na zadane pytanie do niniejszego postępowania.

Pytanie 1

Pakiet 6 poz. 1: czy Zamawiający wymaga ligniny w arkuszach w rozmiarze 40x60?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 2

Pakiet 6 poz. 5-6: jako czołowy producent materiałów opatrunkowych prosimy o dopuszczenie opasek elastycznych o składzie 65,2% przędza bawełniana, 30,8% jedwab poliamidowy, 4% przędza elastomerowa, pakowana pojedynczo z zapinką?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 6 poz. 9: czy Zamawiający dopuści niejałowy wysokochłonny kombinowany 10 x 20 cm pakowany po 20 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości w cenniku), posiadają pomiędzy zewnętrznymi warstwami włókniny wiskozowo-poliestrowej pulpę celulozową, kompres w kolorze białym?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 4

Pakiet 6 poz. 10: czy Zamawiający dopuści niejałowy wysokochłonny kombinowany 10 x 15 cm pakowany po 20 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości w cenniku), posiadają pomiędzy zewnętrznymi warstwami włókniny wiskozowo-poliestrowej pulpę celulozową, kompres w kolorze białym?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 5

Pakiet 6 poz. 11-16: jako czołowy producent materiałów opatrunkowych prosimy o dopuszczenie dzianych elastycznych rękawów o składzie: 85% przędzy poliamidowej, 15% przędzy poliuretanowej, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 6 poz. 22: czy Zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul 5,8x8 cm pakowany po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w cenniku? Samoprzylepny, wykonany z włókniny poliestrowej, pokryty klejem akrylowym, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, elastyczny, jałowy.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1.1 wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto niedostarczonego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 6 ust. 1 wzoru umowy?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANY W UMOWIE.

Pytanie 8

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

Odp.

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA DODANIE ZDANIA O NASTĘPUJĄCEJ (LUB PODOBNEJ) TREŚCI: „PRZED ROZWIĄZANIEM UMOWY ZAMAWIAJĄCY PISEMNIEM WEZWIE WYKONAWCĘ DO NALEŻYTEGO WYKONYWANIA UMOWY.”

Pytanie 9

Prosimy o odstąpienie od możliwości telefonicznego składania zamówień. W tym celu Wykonawca posiada dedykowaną skrzynkę mailową oraz nr fax, umożliwiające składanie zamówień.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OKREŚLIŁ SPOSÓB ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W ROZDZIALE III ust. 9 W KTÓRYM SKRZYNKA MAILOWA JEST JEDNĄ Z FORM AKCEPTOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. TAK WIĘC ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL) LUB PISEMNIEM.

Pytanie 10

Pakiet 1, pozycja 27, Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 0,56cm lub 0,7cm?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA

Pytanie 11

Pakiet 1, pozycja 29, Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 45cm lub 150cm?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet 1, pozycje 30 – 38, Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniach folia-papier?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 13

Pakiet 1, pozycja 45, Czy Zamawiający dopuści elektrodę dla dorosłych w rozmiarze 45 x 43mm?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 14

Pakiet 1, pozycja 46 Czy Zamawiający dopuści elektrodę dla dzieci w rozmiarze 41 x 37mm lub o średnicy 30mm?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 15

Pakiet 1, pozycja 47, Czy Zamawiający dopuści elektrodę dla noworodków o średnicy 25mm?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet 1, pozycja 58, Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z końcówką Tiemanna, o długości 400mm?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet 5, pozycja 7, Czy Zamawiający dopuści spodnie z włókniny SMS?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 18

Pakiet 5, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach:

WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none">• wygodna, składana, płaska konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługę• maska wysokiego ryzyka opracowana dla obszaru medycznego, aby zapewnić najwyższą ochronę przed infekcjami przenoszonymi drogą powietrzną i aerozolami biologicznymi• możliwość stosowania przez personel medyczny oraz pacjentów• warstwa zewnętrzna wykonana z odpornej na działanie płynów włókniny polipropylenowej• wyposażona w elastyczną kształtkę na nos w kolorze białym• mocowana na gumki• możliwość użytkowania podczas kontaktu z cytostatykami• poziom ochrony FFP3 NR wobec cząstek stałych w odniesieniu do normy EN 149: 2001 + A1:2009, do użytku medycznego• spełnia wymagania maski chirurgicznej odpornej na rozpryski typu IIR zgodnie z EN 14683:2005• kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC• klasa I Dyrektywy Europejskiej dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EEC• pakowana pojedynczo, aby zapobiec zanieczyszczeniu przed aplikacją• graficzna instrukcja użycia nadrukowana na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym• maska oraz gumki mocujące w kolorze białym• nie zawiera lateksu• jednorazowego użytku	
--------------	---	--

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet 5, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- rozkładana trzyczęściowa konstrukcja
- wyposażona w piankę w części górnej
- dzięki zastosowanej konstrukcji maska szczelnie przylega do każdego kształtu twarzy
- wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos
- wyposażona w zawór wydechowy najnowszej generacji zapobiegający gromadzeniu się wilgoci oraz ułatwiający oddychanie
- mocowana na gumki
- duża powierzchnia filtra zapewnia doskonały rozkład cząsteczek, a tym samym oferuje najwyższy komfort noszenia nawet podczas długiego czasu użytkowania
- możliwość użytkowania podczas pracy z cytostatykami
- wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania najwyższego poziomu ochrony FFP3 NR D zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009
- kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC
- pozytywny wynik testu na zatkanie pyłem dolomitowym
- pakowana pojedynczo, aby zapobiec zanieczyszczeniu przed aplikacją
- graficzna instrukcja użycia nadrukowana na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym
- maska w kolorze żółtym, gumki mocujące w kolorze niebieskim
- nie zawiera lateksu
- jednorazowego użytku



https://www.d.schutzmaske_n



Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 20

Pakiet 8, pozycja 2, Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu wew. papier i zewn. folia, ze średnią siłą zrywu przed starzeniem min 9N? Oczekiwana przez Zamawiającego wartość min. 16N wydaje się zbyt wygórowana.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 21

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 20: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o parametrach: jednorazowa 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock. 20 ml, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo producenta / marki strzykawki na cylindrze.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 22

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 21: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o parametrach: jednorazowa 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock. 10 ml, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo producenta / marki strzykawki na cylindrze.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 23

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 22: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o parametrach: jednorazowa 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock. 5 ml, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo producenta / marki strzykawki na cylindrze.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 24

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 23: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o parametrach: jednorazowa 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock. 3 ml, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo producenta / marki strzykawki na cylindrze.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 24: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50 (60)ml cylinder strzykawki wykonany z PP, tłok strzykawki wykonany z PE.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 26

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 28: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów o dł. komory kroplowej min. 55mm, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 29: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do pomp infuzyjnych o dł. 90 cm.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 28

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 30-38: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych z drenem, masek tlenowych z rezerwuarem, masek tlenowych z nebulizatorem w opakowaniach folia-papier.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 29

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 36: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem o pojemności 6ml, dren o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 39: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu o dł. 210cm.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 31

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 55: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przewodnic do rurek intubacyjnych o następujących długościach: 10Fr - ok 34cm, 6Fr - ok 26cm .

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 32

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 3: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie koca ogrzewającego, warstwa zewnętrzna - włóknina o gramaturze 30g/m2.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 33

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 5: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie koca ogrzewającego o wymiarach 110x110.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących parametrach: Rękawice niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitylu, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i SOI KATIII. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania min. 6N w całym okresie przechowywania $AQL \leq 1,5$. Grubość pojedynczej ścianki: palec-0,08mm – 0,11mm dłoń-0,05mm- 0,07mm. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wolne od akceleratorów chemicznych- tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli. Posiadające badania wg. EN 374-3 na substancje chemiczne – organiczne i nieorganiczne- min dwa kwasy w tym 50% kwas siarkowy- poziom 6, oraz 13% podchloryn sodu – poziom 6, 70% Izopropanol – poziom min 2. Pełny raport z badania na ww. substancje wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. Opakowanie 100 sztuk. Rozmiar XS-XL. Kolor niebieski.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 35

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 2: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, $AQL \max. 1,0$, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein $\leq 10 \text{ ug/g}$ rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 36

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących parametrach: Rękawice niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitylu, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i SOI KATIII. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 285 mm , siła zrywania min. 11,5N przed i po procesie starzenia. $AQL \leq 1,0$, grubość pojedynczej ścianki: palec- min. 0,14mm dłoń min 0,10mm, mankiet- min 0,08mm. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671. Posiadające badania wg. EN 374-3 na min 10 substancji chemicznych (bez cytostatyków) –z 6 poziomem odporności, w tym między innymi etanol, isopropanol oraz środki antyseptyczne np. azotan srebra. Posiadające

badania wg EN 374-3 na min 12 cytotatyków. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. Opakowanie 100 sztuk. Rozmiar S-XL.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 37

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 4: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bez pudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, oznakowane jako Wyrób Medyczny i SOI KATIII. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4, AQL ≤ 1,5 zgodnie z EN 455 -1, długość rękawicy min. 240mm, siła zrywania w całym okresie przechowywania 6N. Zewnętrzna powierzchnia gładka, matowa, zakończone rolowanym mankietem. Grubość palce- min. 0,12mm max.0,14 mm, dłoń-min 0,09mm max.0,11 mm. Przebadane na substancje chemiczne wg normy EN 16523 -1:2015 z grupy kwasy, zasady i aldehydy - min 1 poziom odporności. Wolne od akceleratorów chemicznych- tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 100 szt. Rozmiar: XS, S, M, L, XL.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 38

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 5: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących parametrach: Rękawice niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrilu, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i SOI KATIII. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 285 mm, siła zrywania min. 11,5N przed i po procesie starzenia. AQL ≤ 1,0, grubość pojedynczej ścianki: palce- min. 0,14mm dłoń min 0,10mm, mankiet- min 0,08mm. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671. Posiadające badania wg. EN 374-3 na min 10 substancji chemicznych (bez cytotatyków) –z 6 poziomem odporności, w tym między innymi etanol, isopropanol oraz środki antyseptyczne np. azotan srebra. Posiadające badania wg EN 374-3 na min 12 cytotatyków. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. Opakowanie 100 sztuk. Rozmiar S-XL.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 39

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku okrągłego o średnicy 5cm.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 40

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 3: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 20x40 lub 22x28 cm.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 41

Pakiet 1, poz. 19-25. Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 19-25 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 19 – 25 Z PAKIETU NR 1. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 42

Pakiet 1, poz. 19-25 Czy zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali|?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 43

Pakiet 1, poz. 24 Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 44

Pakiet 1, poz. 24 Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 45

Pakiet 1, poz. 28 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 46

Pakiet 1, poz. 28 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 47

Pakiet 1, poz. 28 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 48

Pakiet 1, poz. 28 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 49

Pakiet 1, poz. 28 Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 50

Pakiet 1, poz. 28 Czy zamawiający wydzieli poz.28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 28 Z PAKIETU NR 1. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 51

Pakiet 1, poz. 30 Czy zamawiający dopuści maski z drenem o długości ok. 200 cm?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 52

Pakiet 1, poz. 30-32 Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6 paskami, antyzałamaniowy dren?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 53

Pakiet 1, poz. 33-38 Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6 paskami, antyzałamaniowy dren?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 54

Pakiet 1, poz. 39 Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu posiadający dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6 paskami, antyzałamaniowy dren?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 55

Pakiet 1, poz. 30-39 Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: 30-39 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie na maski tlenowe (terapia tlenowa). Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 30 – 39 Z PAKIETU NR 1. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 56

Pakiet 1, poz. 44-47 Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie na elektrody. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 44 – 47 Z PAKIETU NR 1. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 57

Pakiet 1, poz. 44-47 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 58

Pakiet 4, poz. 1 Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 0,5-0,8 litra, o wysokości 11,5 cm, średnica pojemnika 10,5-12 cm, średnica otworu 6 cm?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 59

Pakiet 4, poz. 11 Czy zamawiający dopuści stażę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 60

Pakiet 4, poz. 11 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt. – o dł. pojedynczego paska 47 cm, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 61

Pakiet 4, poz. 14 Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 62

Pakiet 4, poz. 14 Czy zamawiający dopuści worki pakowane zbiorczo po 50 szt., pakowanie umożliwiające łatwe i szybkie wyjęcie pojedynczej sztuki, eliminując czynności związane z odpakowywaniem worka z indywidualnego opakowania, co znacznie skraca czas reakcji w nagłych przypadkach związanych z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, chemioterapią, transportem, zatruciami pokarmowymi, itp. minimalizując ryzyko zabrudzeń i zanieczyszczeń materiałem zakaźnym?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 63

Pakiet 4, poz. 24 Czy zamawiający oczekuje jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 64

Pakiet 4, poz. 24 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 65

Pakiet 4, poz. 1,3-4,8-11,14,24 Czy zamawiający wydzieli poz. 1,3-4,8-11,14,24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 1,3-4,8-11,14,24 Z PAKIETU NR 4. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 66

Pakiet 5, poz. 6-10,12 Czy Zamawiający wydzieli poz. 6-10,12 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 6-10,12 Z PAKIETU NR 5. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 67

Pakiet 5, poz. 6 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 68

Pakiet 5, poz. 6 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 69

Pakiet 5, poz. 6 Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 70

Pakiet 5, poz. 6 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym odpowiadający wymiarami rozmiarowi XL?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 71

Pakiet 5, poz. 7 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 72

Pakiet 5, poz. 7 Czy zamawiający dopuści spodnie w rozmiarze uniwersalnym odpowiadający wymiarami rozmiarowi XL?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 73

Pakiet 5, poz. 8 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 25 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 74

Pakiet 5, poz. 9 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 75

Pakiet 5, poz. 10 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 76

Pakiet 5, poz. 12 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 78

Pakiet 6, poz. 2-4 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 79

Pakiet 6, poz. 5-6 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 80

Pakiet 6, poz.6 Czy zamawiający dopuści opaskę pakowaną pojedynczo z jedną zapinką?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 81

Pakiet 6, poz, 11-16 Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

- Rozmiar 1 - 9mm x 10mm
- Rozmiar 2 – 13mm x 15mm
- Rozmiar 3 - 13mm x 15mm
- Rozmiar 4 - 13mm x 15mm
- Rozmiar 6 - 13mm x 15mm
- Rozmiar 8 - 13mm x 15mm
- Rozmiar 10 - 13mm x 15mm
- Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 82

Pakiet 6, poz, 11-16 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

- Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
- Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 83

Pakiet 6, poz. 22 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 84

Pakiet 6, poz. 2-8,11-16,22 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2-8,11-16,22 z pakietu 6. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 2-8,11-16,22 Z PAKIETU NR 6. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 85

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. 1.1:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1.1. w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówionej partii towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy zamówionej partii towaru

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANY W UMOWIE.

Pytanie 86

Pakiet nr 1 poz. 30, 31, 32: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważne maski tlenowe z drenem o długości 2m z sześcioma wzdłużnymi paskami zapobiegającymi załamaniu drenu , mikrobiologicznie czyste ?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 87

Pakiet nr 1 poz. 30 Czy Zamawiający dopuści maski w uniwersalnych europejskich rozmiarach: dla dorosłych i dla dzieci.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 88

Pakiet nr 1 poz. 33, 34, 35: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważne maski tlenowe z rezerwuarem oraz drenem o długości 2m sześcioma wzdłużnymi paskami, mikrobiologicznie czyste ?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 89

Pakiet nr 1 poz. 36,37,38: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważne maski tlenowe z nebulizatorem oraz drenem o długości 2m, mikrobiologicznie czyste ?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 90

Pakiet nr 1 poz. 53 Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe w rozmiarze od noworodka do dorosłych, w rozmiarach 0/50mm, 1/60mm, 2/70mm, 3/80mm, 4/90mm, 5/100mm?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 91

Pakietu 1 Prosimy o wydzielenie z pakietu 1 pozycje: 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41,60 , 61.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 60, 61 Z PAKIETU NR 1. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 92

Część nr 6 Pozycje 5-6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o składzie: 60% bawełna, 36% poliamid, 4% poliuretan, o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 93

Część nr 6 Pozycje 9-10 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w kolorze białym, z niebieską pośrodku?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 94

Część nr 6 Pozycje 11-16 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dzianego, elastycznego rękawa o składzie: 68% białej bawełny, 24% poliamid oraz 8% elastan – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 95

Część nr 6 Pozycje 21 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania chusty trójkątnej bawełnianej?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 96

Część nr 6 Pozycje 22 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra do mocowania kaniul pakowanego po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj.: 4 000 opakowań?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 97

PAKIET NR 13, POZYCJA NR 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokiej jakości sztywne kołnierze stabilizujące kręgosłup szyjny w neutralnej pozycji, jednoczęściowe.

W pozycji nr 1 kołnierze dla dorosłych z czterostopniową regulacją wysokości, w pozycji nr 2 kołnierze dla dzieci z trzystopniową regulacją wysokości?

Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane ze specjalnej pianki

12 z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody, etc. oraz o wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka.

Regulacja wielu wysokości pasuje dla wszystkich dorosłych (4 pozycje) i dzieci (3 pozycje).

Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczna pianka redukuje podrażnienia skóry. Nie posiada lateksu. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI. Kołnierze są zapinane na rzepy.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 98

PAKIET NR 12 Czy Zamawiający w PAKIECIE NR 12 dopuści możliwość zaoferowania sterylnych opatrunków hydrożelowych, których materiałem nośnym żelu jest wytrzymały na rozdarcia poliestr przeznaczone typowo do działań ratowniczych w terenie, które mogą być przechowywane w temperaturze nawet -5st. C do +35st. C?

Każdy opatrunek pakowany jest oddzielnie, w sterylne, foliowe opakowanie jednorazowe umożliwiające natychmiastowe zastosowanie i łatwe otwarcie opatrunku. Opatrunki zawierają kwas hialuronowy, bez parabenów. Oferowane opatrunki hydrożelowe przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień, używane są na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchniowej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości.

W przypadku niezastosowania ochładzania, oparzenie początkowo klasyfikowane jako drugiego stopnia, przekształca się w wyniku efektu penetracji ciepła w oparzenie trzeciego stopnia. Mogą być nakładane bezpośrednio na ranę, a po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak, by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Zgodne są z pH ludzkiej skóry. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany, nie brudzą.

A) Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 5cm x 15cm ?

B) Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10cm x 10cm ?

C) Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10cm x 40cm, który pokrywa taką samą powierzchnię cała jak opatrunek w rozmiarze 20x20cm?

D) Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 30cm x40cm, który jest standardowym opatrunkiem przeznaczonym do oparzeń twarzy, ponieważ ze względu na swój rozmiar pokrywa delikatną skórę uszu, które są najbardziej narażone na oparzenia oraz szyję chroniąc tętnice?

Dopuszczenie powyższych zmian nie wpływa na wartość funkcjonalno – użytkową opatrunków.

Zaoferowane wymiary opatrunków hydrożelowych są powszechnie stosowanymi, standardowymi wymiarami tego typu asortymentu. Przede wszystkim zaakceptowanie w/w wymiarów pozwoli na złożenie ofert przez większą grupę wykonawców, zwiększy konkurencyjność, co wpłynie na uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 99

Pakiet 8. Pozycja 1. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej rękawicy: „Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, polimeryzowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu $0,11 \pm 0,01$, na dłoni $0,07 \pm 0,01$ i mankiecie $0,06 \pm 0,01$ mm, długość min 240mm. AQL 1,0 i siła zrywu (mediana) min 7N - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671, oraz syntetycznej krwi wg ASTM F 1671. Przebadane wg EN 374 na min 21 związków chemicznych z informacją na opakowaniu (w tym etanol na min 30 min.) . Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. z folią dekontaminacyjną. Kolor jasnoniebieski. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.”

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA

Pytanie 100

Pakiet 8. Pozycja 2. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej rękawicy: „Rękawice chirurgiczne, sterylne lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiety rolowane, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 0,65, grubość na palcu 0,23±0,02, na dłoni 0,20±0,02, mankiecie 0,17±0,02, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 10 µg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 15N., EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. wzmocnione foliowe.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 101

Pakiet 8. Pozycja 3.

1. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej rękawicy: „Rękawice diagnostyczne nitylowe, z długim mankiem, sterylne, chlorowane, teksturowane na palcach. Grubość ścianki na palcu 0,15±0,01mm, na dłoni 0,11±0,01mm, na mankiecie 0,08±0,01mm, długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 11N., AQL 1,5. Pozbawione tiuramów i MBT, ZMBT, potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671, oraz syntetycznej krwi wg ASTM F 1671. Zgodne z EN 374-1,2,3- potwierdzone piktogramami na opakowaniu, odporne na: min 5 związków na 6 poziomie oraz przenikanie cytostatyków- potwierdzone raportem z badań wg EN 374-3 z jednostki niezależnej z informacją na opakowaniu. Rozmiar S-XL

2. Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane a'100 szt a co za tym idzie ilość w postępowaniu 100 szt.

Odp.

Ad 1. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Ad 2. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 102

Pakiet 8. Pozycja 4. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej rękawicy: „Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,13±0,01mm, na dłoni 0,12±0,01mm na mankiecie 0,10±0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,0, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. . Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671, oraz syntetycznej krwi wg ASTM F 1671. Przebadane wg EN 374 na min 12 związków chemicznych z informacją na opakowaniu . Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 103

Pakiet 8. Pozycja 4. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej rękawicy: „Rękawice diagnostyczne nitylowe, z długim mankiem, sterylne, chlorowane, teksturowane na palcach. Grubość ścianki na palcu 0,15±0,01mm, na dłoni 0,11±0,01mm, na mankiecie 0,08±0,01mm, długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 11N., AQL 1,5. Pozbawione tiuramów i MBT, ZMBT, potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671, oraz syntetycznej krwi wg ASTM F 1671. Zgodne z EN 374-1,2,3- potwierdzone piktogramami na opakowaniu, odporne na: min 5 związków na 6 poziomie oraz przenikanie cytostatyków- potwierdzone raportem z badań wg EN 374-3 z jednostki niezależnej z informacją na opakowaniu. Rozmiar S-XL

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. (Pakiet 8 poz. 5)

Pytanie 104

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 7 poz. 3 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc

w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczek 70g/m²?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE ZAOFEROWANIA CHUSTECZEK ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 105

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 7 poz. 4 i 5 i dopuści:

Suche chusteczki przeznaczone do nasączenia roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z poliestru, wiskozy i celulozy o wymiarach 30 x 34 cm. Chusteczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego. Gramatura chusteczek 70g/m², Opakowanie 1x 100 szt chusteczek, oraz Kompatybilny z nimi Dozownik/ wiaderko?

lub Suche chusteczki przeznaczone do nasączenia roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z poliestru, wiskozy i celulozy o wymiarach 18 x 25 cm. Chusteczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego. Gramatura chusteczek 70g/m², Opakowanie 1x 300 szt chusteczek, oraz Kompatybilny z nimi Dozownik/ wiaderko?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 106

Pakiet 13, pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie doskonałej jakości kołnierza szyjnego z tworzywa sztucznego, wyścielonego po stronie wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta, wodoodporny z możliwością regulacji rozmiaru. Bez regulacji podparcia potylicy potylicy (regulacja tego typu nie jest wymagana w przypadku kołnierzy stosowanych w ratownictwie medycznym). Precyzyjna - szesnastostopniowa regulacja podparcia żuchwy. W przedniej części dwa obszerne otwory umożliwiające kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Możliwość dezynfekcji. Konstrukcja jednoczęściowa.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

Pytanie 107

Pakiet nr 1 poz. 2 Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast rozmiaru igły 12/40winno być 1,2/40? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, ŻE NASTĄPIŁA OMYŁKA PISARSKA I ZAMIAST ROZMIARU IGŁY 12/40 WINNO BYĆ 1,2/40.

Pytanie 108

Pakiet nr 1 poz. 8-9 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z FEP? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 109

Pakiet nr 1 poz. 11-17 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z FEP, posiadającą 2 paski widoczne w promieniach RTG, w rozmiarach i przepływach:

- 22G 0,8 x 25mm 36ml/min.
- 20G 1,1 x 32mm 65ml/min.
- 18G 1,3 x 45mm 95ml/min.
- 17G 1,5 x 45mm 142ml.min.
- 16G 1,8 x 45mm 236ml/min.
- 14G 2,0 x 45mm 270ml/min.?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 110

Pakiet nr 1 poz. 11-17 Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną w rozmiarach i przepływach:

- 22G 0,8 x 25mm 38ml/min.
- 20G 1,0 x 32mm 64ml/min.

- 18G 1,2 x 32mm 110ml/min.
- 18G 1,2 x 45mm 100ml/min.
- 17G 1,5 x 45mm 140ml/min.
- 16G 1,7 x 45mm 200ml/min.
- 14G 2,0 x 45mm 290ml/min.?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 111

Pakiet nr 1 poz. 20-23, Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe luer lock której cylinder wykonany jest z polipropylenu, a tłok z polietylenu?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 112

Pakiet nr 1 poz. 21, 22 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową z rozszerzeniem 10-12ml, 5-6ml?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 113

Pakiet nr 1 poz. 20 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml skalowaną co 1ml?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 114

Pakiet nr 1 poz. 24 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 częściową 50-60ml do pomp infuzyjnych?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 115

Pakiet nr 1 poz. 20-25 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze mlecznym?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 116

Pakiet nr 1 poz. 29 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp, przezroczysty o długości drenu 150cm?

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 117

Pakiet nr 1 poz. 1-25, 28-29 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 1-25,28-29 Z PAKIETU NR 1. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 118

Pakiet nr 4 poz. 6-8 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 6-8 Z PAKIETU NR 4. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 119

Pakiet nr 6 poz. 22 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 22 Z PAKIETU NR 6. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 120

Ad par. 5 ust. 1.1. wzoru umowy. Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

W wysokości 1% wartości zamówienia nie zrealizowanego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie

Obecny zapis nakłada na Wykonawcę za jeden dzień opóźnienie karę wyższą niż wartość zamówienia.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANY W UMOWIE.

Pytanie 121

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowany papier był w pełni kompatybilny i przetestowany do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodny z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.

Poznań, 15 lipca 2019 r.

/-/ Robert Judek